

**ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB SP ZOZ W CZŁUCHOWIE UL.
SZCZECIŃSKA 16 W CELU ZWALCZANIA ZAKAŻEŃ I POWIKŁAŃ WYWOŁANYCH
WIRUSEM SARS-COV2.**

1. Postępowanie odbywa się zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374 ze zm.).
Niniejsze zamówienie na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Człuchowie ul. Szczecińska 16 jest niezbędne w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom chorób zakaźnych oraz zwalczania zakażeń i powikłań wywołanych wirusem SARS-CoV2. Realizacja zadania ma na celu zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej ze środków publicznych w stanie epidemii. W związku z czym, u podstaw decyzji o udzieleniu zamówienia leży również jego niezbędność i pilność wykonania dla ochrony zdrowia publicznego.
2. Zamawiającym jest Powiat Człuchowski
3. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie” (umowa nr RPPM.07.01.0222-0019/16-02).
4. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego <http://bip.powiatczluchowski.org.pl> zakładka przetargi i zapytania ofertowe podprogowe.

5. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

CZĘŚĆ 1 WYROBY ZAPOBIEGAWCZE

CZĘŚĆ 2 DEZYNFEKCJA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania co do jakości i zgodności z normami zawiera SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 4 do niniejszego zapytania

Przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawowe Dz.U.2021.0.1565 t.j. - Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (o ile dotyczy).

Zamawiający **dokонуje podziału** zamówienia na części. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część zamówienia lub na maksymalną ilość części zamówienia (2 części).

Oferta musi być złożona w języku polskim.

Protokolarny odbiór sprzętu medycznego wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim, kartami gwarancyjnymi, certyfikatami, atestami itp. wymaganymi w podmiocie leczniczym odbędzie się w siedzibie SPZOZ Człuchów.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Pożądany termin wykonania – maksymalnie do **15 grudnia 2021 r.**

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- 1) Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, jeżeli ceny ofert przewyższą środki przeznaczone na realizację zamówienia, a Zamawiający nie podejmie decyzji o ich zwiększeniu.
- 2) Odrzucenia oferty z cenami odbiegającymi od cen rynkowych (cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w dokumentach zapytania).
- 3) Zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu.

- 4) Żądania informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.
- 5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 6) Odwołania lub unieważnienia zapytania ofertowego.

8. Kryterium wyboru oferty

- 1) Kryterium: cena 100%
- 2) Punkty za kryterium „cena” będą obliczone wg poniższego wzoru:

$$C = [(C_N / C_R) \times 100\%] \times 100$$

Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku, gdzie:

C – liczba punktów dla kryterium „cena”

C_N – najniższa oferowana cena,

C_R – cena oferty rozpatrywanej

Cena oferty jest ceną brutto.

- 3) Ocena punktowa w ustalonych kryteriach dla niniejszego postępowania dokonywana będzie dla poszczególnych części oddzielnie, wg wskazanych informacji przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według opisanych zasad powyżej.
 - 4) Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 - 5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom Zamawiającego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
 - 6) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najlepszą jakością i najlepszymi parametrami.
 - 7) Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
9. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty kompletne dla poszczególnych części. W przypadku złożenia niekompletnych ofert (z uwagi na braki rynkowe wywołane zerwaniem łańcuchów dostaw, spowodowanych wystąpieniem Covid-19) w poszczególnych częściach, Zamawiający będzie mógł dokonać wyboru indywidualnego spośród złożonych ofert.

10. Osoby upoważnione do udzielania wyjaśnień:

Zdzisław Rachubiński - Członek Zarządu

Barbara Bartczak - Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Człuchowie.

11. Termin składania do 17 listopada 2021 r. do godz. 11:00 z tytułem w email/na kopercie OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPZOZ CZŁUCHÓW

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w:

- a) w formie elektronicznej: ofertę należy: złożyć na skrynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Człuchowie ePUAP /9a997paoev/SkrytkaESP (oferta podpisana elektronicznie)
- b) w formie pisemnej na adres: Powiat Człuchowski – budynek Starostwa Powiatowego, 77 - 300 Człuchów al. Wojska Polskiego 1

O dotrzymaniu terminu złożenia oferty w formie elektronicznej decyduje data i godz. wpływu oferty na serwer Zamawiającego i możliwość odczytania jej treści przez Zamawiającego.

O dotrzymaniu terminu złożenia oferty w formie pisemnej decyduje data i godz. wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Człuchowie (sekretariat pokój 207)

Oferty dostarczone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. RODO

- 1) Administratorem danych osobowych jest **Starosta Powiatu Człuchowskiego**
- 2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail iod@czluchow.org.pl; telefon 59 83 43461 wew. 42;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. **ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB SP ZOZ W CZŁUCHOWIE UL. SZCZECIŃSKA 16 W CELU ZWALCZANIA ZAKAŻEŃ I POWIKŁAŃ WYWOŁANYCH WIRUSEM SARS-COV2.**

- 3) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 4) Posiada Pani/Pan:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 - c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

13. Ofertę stanowią: Formularz ofertowy zał. nr 1 oraz Formularz cenowy zał. nr 2 cenowy do zapytania ofertowego.

14. Do Oferty należy załączyć Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez osobę upoważnioną – w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do reprezentowania/ składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

14. Zawarcie umowy nastąpi wg postanowień umowy Zamawiającego.

15. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Formularz cenowy
- 3) Wzór umowy
- 4) Opis przedmiotu zamówienia

Człuchów, dnia 10 listopada 2021 r

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający: Powiat Człuchowski 77 - 300 Człuchów ulica Wojska Polskiego 1

A. OFERTA

Na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Człuchowie ul. Szczecińska 16 jest niezbędne w celu zwalczania zakażeń i powikłań wywołanych wirusem SARS-CoV2.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie” (umowa nr RPPM.07.01.0222-0019/16-02).

.....
Wykonawca

.....
adres

.....
NIP, telefon, e-mail

I. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia cenę brutto zł/100
dla części nr

słownie: zł.

Stawka vat%

II. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia cenę brutto zł/100
dla części nr

słownie: zł.

Stawka vat%

Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

(Wykonawca wypełnia odpowiedni punkt wpisując cenę ofertową w części na którą składa ofertę lub oba punkty, jeżeli składa ofertę na obie części)

B. OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do dnia (wpisać max do 15.12.2021 r.)

Oświadczam, że udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia w części 2 (należy wpisać minimum 24 miesiące), w części 1 obowiązuje gwarancja producenta.

Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w Zapytaniu ofertowym (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)

Oświadczam, otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty i zapoznałem się z warunkami umowy i je akceptuję;

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

Oświadczam, że posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów prawa.

Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,

polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert;

INFORMUJEMY, że:

a) wybór oferty **nie będzie*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

b) wybór oferty **będzie*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to _____ zł netto.

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy, zastosowanie będzie miała następująca stawka podatku od towarów i usług _____ %

C. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA:

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest

.....
e-mail:tel./fax:

Pouczony o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm. oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Człuchowie ul. Szczecińska 16 w celu zwalczania zakażeń i powikłań wywołanych wirusem SARS-CoV2.

„Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie” (umowa nr RPPM.07.01.0222-0019/16-02).

CZĘŚĆ 1						
L.P.	ASORTYMENT	IŁOŚĆ SZT.	CENA NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMOGI ZAMAWIAJACEGO WPISAĆ TAK/NIE
1.	Rękawice nitrylowe Rozmiar S – 100 000, Rozmiar M – 60 000, Rozmiar L – 60 000, Rozmiar XL – 30 000 Producent, model, typ itp. Rok produkcji	250 000				
2.	Kombinezon ochronny (Rozmiar M – 500, Rozmiar L – 500) Producent, model, typ itp. Rok produkcji	1 000				
3.	Maseczki chirurgiczne	5 013				
4.	Ochroniacze barierowe na obuwie PP/PE, wysokie Producent, model, typ itp.	5 475				

	Rok produkcji					
RAZEM CZĘŚĆ 1			X			X
CZĘŚĆ 2						
1.	Aparat do dekontaminacji pomieszczeń -ozonator I Producent, model, typ itp. Rok produkcji	1				
2.	Aparat do dekontaminacji pomieszczeń -ozonator II Producent, model, typ itp. Rok produkcji	1				
3.	Dozownik do dezynfekcji wolnostojący (Zestaw) Producent, model, typ itp. Rok produkcji	8				
4.	Dozownik do dezynfekcji wiszący łokciowy Producent, model, typ itp. Rok produkcji	60				
5.	Lampa bakteriobójcza i wirusobójcza Producent, model, typ itp. Rok produkcji	8				

6.	Mobilna komora dekontaminacyjna Producent, model, typ itp. Rok produkcji	1				
7.	Myjka ultradźwiękowa Producent, model, typ itp. Rok produkcji	1				
8.	Maszyna czyszcząca z fotelem dla operatora do dużych powierzchni Producent, model, typ itp. Rok produkcji	1				
9.	Środek do dezynfekcji - nadtlenek wodoru 7% Producent, model, typ itp. Rok produkcji	300				
10.	Sterylizator parowy przelotowy Producent, model, typ itp. Rok produkcji	1				
11.	Zamgławiacz	1				

	Producent, model, typ itp. Rok produkcji					
RAZEM CZĘŚĆ 2				X		X

SŁOWNIE CZĘŚĆ 1 ZŁ

.....

SŁOWNIE CZĘŚĆ 2 ZŁ

.....

.....

DATA

.....

PODPIS WYKONAWCY

UMOWA - WZÓR

zawarta dnia w Czluchowie pomiędzy **POWIATEM CZŁUCHOWSKIM**, z siedzibą przy ul. WOJSKA POLSKIEGO 1, 77-300 CZŁUCHÓW; NIP 843-15-29-488, reprezentowanym przez ZARZĄD POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO, w imieniu którego działają:

1. Aleksander Gappa - Przewodniczący Zarządu
 2. Zdzisław Rachubiński - Członek Zarządu
- zwanym w dalszej części *Zamawiającym*,

a

reprezentowana przez

.....

zwanym dalej Wykonawcą

umowa zostaje zawarta na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”, w celu wykonywania czynności związanych z profilaktyką przeciwdziałania COVID -19 na gruncie powyższej ustawy i ochrony zdrowia publicznego.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa wraz z transportem sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Czluchowie ul. Szczecińska 16 w celu zwalczania zakażeń i powikłań wywołanych wirusem SARS-CoV2 w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Czluchowie” (umowa nr RPPM.07.01.0222-0019/16-02) dla części nr zwanego w dalszej części umowy przedmiotem umowy.
2. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 w ilościach i cenie zgodnych z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej umowy po Stronie Zamawiającego jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czluchowie ul. Szczecińska 16, 77-300 Czluchów Danuta Olchówka tel. 59 834 22 81 sekretariat@spzoz-czluchow.pl
4. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy przynajmniej na 2 dni przed dostawą.

§ 2

1. Ze względu na asortyment towaru zmiana cen uzyskanych w trakcie negocjacji jest możliwa z powodu czynników obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, powodujących wzrost jego cen elementów kalkulacyjnych np. zmiany cen producenta, zmiany podatku vat, zmiany cen urzędowych, kursu walut, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
2. W przypadku zmiany cen z powodu czynników obiektywnych, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zmieni cenę po uprzednim poinformowaniu i zgodzie Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany w niniejszej umowie, których nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania o zamówienie publiczne, spowodowanych:

- a. okolicznościami, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, niezależnymi od Wykonawcy

- b. przyczynami zależnymi od Zamawiającego
 - c. działaniem siły wyższej
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wywołane okolicznościami związanymi z występującą epidemią choroby COVID-19, które mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy, w szczególności:
- a. niedostępnością urządzeń/produktów
 - b. opóźnieniami w produkcji urządzeń/produktów
 - c. opóźnieniami w transporcie urządzeń/produktów
5. W razie wystąpienia istotnych okoliczności dotyczących zawarcie umowy, w tym zmiany przepisów dotyczących przedmiotu umowy albo postępowania w sprawie jego zamówienia, każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.
6. Odstąpienia od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W przypadku okoliczności powodujących przerwanie łańcucha dostaw ze względów obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny wraz z odpowiednimi kompletami właściwego okablowania (przewodów) i złącz nie wymaga dodatkowych nakładów i jest gotowy do pracy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie do od dnia podpisania niniejszej umowy.
3. Wykonawca prześle Zamawiającemu karty gwarancyjne na przedmiot umowy (na przykład: producenta, importera, wykonawcy), paszporty techniczne, certyfikat CE lub deklaracje zgodności CE lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (o ile dotyczy) oraz instrukcje obsługi w języku polskim, w dniu odbioru przedmiotu umowy.
4. Jeżeli dostawa odbędzie się w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego szkolenia dotyczące obsługi przedmiotu zamówienia zostaną przeprowadzone w postaci wideokonferencji.
5. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez wyznaczonych do tego przedstawiciela Zamawiającego.
6. Podpisany protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 4

1. Cena **brutto** przedmiotu umowy wynosi: zł (słownie:zł .../100)
3. Wartość przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy, najpóźniej w terminie **do 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi miesiące i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
 - 1) wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
 - 2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
 - 3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.
 - 4) W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 6.

§ 6

1. W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy dla poszczególnych części, o których mowa w § 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Za nie usunięcie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgłoszonych wad i usterek, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty, o którym mowa w § 4 umowy Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.
5. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie od Zamawiającego kara umowna w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.
5. Kary umowne będą należały się Zamawiającemu niezależnie od poniesionej przez niego szkody.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 10

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

KONTRASYGNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Człuchowie ul. Szczecińska 16 jest niezbędne w celu zwalczania zakażeń i powikłań wywołanych wirusem SARS-CoV2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie” (umowa nr RPPM.07.01.0222-0019/16-00).

Minimalne wymagania:

WYROBY ZAPOBIEGAWCZE CZĘŚĆ 1

1. Rękawice nitrylowe Rozmiar S – 100 000, Rozmiar M – 60 000, Rozmiar L – 60 000, Rozmiar XL – 30 000

- Rękawice diagnostyczne nitrylowe syntetyczne, bez pudrowe, powierzchnia zewnętrzna mikro teksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, kształt uniwersalny
- Spełnianie zapisów norm; ISO 16604; EN 455 (1-4); EN 420; EN ISO 374-1& EN 16523-1, EN 374-4, EN 374-5
- Długość min. 240 mm
- Zakres grubości od 0,06 do 0,08 na palcu, mierzone pojedynczo oznakowany fabrycznie poziom AQL 1.5. lub niższe
- Zarejestrowane, jako wyrób medyczny klasa I oraz środek ochrony osobistej KAT III typ B
- Przebadane na przenikalność substancji chemicznych min. dwa gotowe preparaty dezynfekujące na min. 1 poziomie ochrony, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu.
- Oznaczenie kolorystyczne opakowania w zależności od rozmiaru naniesione fabrycznie, widoczne, ułatwiające rozróżnienie rozmiarów lub przynajmniej wyraźne fabryczne oznakowanie literowe rozmiaru na każdej widocznej ścianie opakowania
- Oznakowane datą produkcji i datą ważności oraz numerem serii.
- Opakowania po 100 sztuk

2. Kombinezon ochronny (Rozmiar M – 500, Rozmiar L – 500)

- Produkt kategorii III środków ochrony osobistej (kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi)
- Chroni przed zakażeniem mikroorganizmami i wirusami
- Gładka powierzchnia tkaniny
- Duża odporność na ścieranie i rozerwanie
- Właściwości antyelektrostatyczne
- Trójpanelowy kaptur obszyty i wykończony gumką dopasowujący się do ruchów głowy i maski twarzowej użytkownika poruszającego się
- Ergonomiczny krój kombinezonu zapewniający doskonałe dopasowanie do ciała i ochronę, gdy użytkownik porusza się
- Rękawy nie opadają podczas unoszenia rąk
- Szwy zapewniające skuteczną ochronę – dodatkowo klejone taśmą
- Trzyczęściowy klin łączący nogawki oraz klejona gumka w pasie zapewniająca swobodę ruchów
- Zamek błyskawiczny zakryty patką ochronną, elastyczne mankiety rękawów i nogawek
- Spełnia wymagania Normy EN 14126 (ochrona przed czynnikami biologicznymi) i EN 1149 (norma dotycząca odzieży antystatycznej)
- Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

- Oznakowanie CE
- 3. Maseczki chirurgiczne**
- z włókniny
 - trójwarstwowe
 - skuteczność filtracji bakterii, wirusów BFE min. 98%
 - nie zawierają lateksu
 - hipoalergiczne
 - przyjemne dla skóry
 - z gumkami
 - usztywnienie (elastyczny drucik) w górnej części maski umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy
 - uniwersalny rozmiar
 - jednorazowe
 - opakowanie a' 50 szt.
 - certyfikat CE
- 4. Ochraniacze barierowe na obuwiu PP/PE, wysokie**
- Spełnia wymagania Normy EN 14126 (ochrona przed czynnikami biologicznymi) i EN 1149 (norma dotycząca odzieży antystatycznej)
 - Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425
 - Oznakowanie CE
 - Wykonane są z wytrzymałego, odpornego na przetarcie i zachłapanie materiału
 - Każda sztuka pasująca zarówno na prawą i lewą stopę
 - Wysoka cholewka sięgająca pod kolano osoby dorosłej

DEZYNFEKCJA CZĘŚĆ 2

1. Aparat do dekontaminacji pomieszczeń -ozonator I

- Oczyszczacz przeznaczony do eliminacji zanieczyszczeń oraz mikroorganizmów obecnych w powietrzu
- Dekontaminacja pomieszczenie do 60m² za pomocą aktywnego tlenu
- Eliminacja mikrocząsteczek o skali PM = 2.5
- Eliminacja bakterii, wirusów roztoczy oraz pyłków roślinnych
- Eliminacja lotnych związków organicznych (LZO)
- Antybakteryjny, wirusobójczy, roztoczobójczy filtr wstępny o certyfikacji EN1276, EN14675
- Filtr medyczny HEPA klasy min. H13 lub ULPA, certyfikacja EN1822
- Filtr fotokatalityczny eliminujący wonie, dym, substancje lotne
- Aktywny filtr węglowy wysokiej gęstości (VHD)
- Lampa UV o mocy min. 7W wspomagająca zwalczanie mikroorganizmów
- System oczyszczania aktywnym tlenem
- Przepływ powietrza m³/h = min. 500
- Zużycie energii max. 65 W
- Wymiary maksymalne: 520 wys. x 400 szer. x 240 gł. (mm)
- Waga max. = 9 kg
- Dotykowy panel LCD zawierający informacje o stanie pracy urządzenia
- Funkcja zdalnego sterowania poprzez aplikację Android lub IOS
- Kontrola i zapis pomiaru jakości powietrza (min. co godzinę)
- Wskaźnik jakości powietrza
- Wskaźnik stopnia zużycia filtra
- Funkcja cichego trybu nocnego
- Blokada wyświetlacza poprzez kod PIN
- Możliwość zaprogramowania harmonogramu pracy urządzenia
- Możliwość przemieszczania na dedykowanym wózku transportowym

2. Aparat do dekontaminacji pomieszczeń -ozonator II

- Dekontaminator przeznaczony do eliminacji zanieczyszczeń oraz mikroorganizmów obecnych w powietrzu

- Dekontaminacja pomieszczenie do 120m² za pomocą aktywnego tlenu
- Eliminacja mikrocząsteczek o skali PM = 2.5
- Eliminacja bakterii, wirusów roztoczy oraz pyłków roślinnych
- Eliminacja lotnych związków organicznych (LZO)
- Antybakteryjny, wirusobójczy, roztoczobójczy filtr wstępny o certyfikacji EN1276, EN14675
- Filtr medyczny HEPA klasy min. H13, certyfikacja EN1822
- Filtr fotokatalityczny eliminujący wonie, dym, substancje lotne
- Aktywny filtr węglowy wysokiej gęstości (VHD)
- Dwie lampy UV o mocy min. 7W wspomagające zwalczanie mikroorganizmów
- System oczyszczania aktywnym tlenem
- Przepływ powietrza m³/h = min. 850
- Poziom hałasu max. 60 dBA
- Zużycie energii max. 80 W
- Wymiary maksymalne: 720 wys. x 400 szer. x 260 gł. (mm)
- Waga max. = 12 kg
- Dotykowy panel LCD zawierający informacje o stanie pracy urządzenia
- Funkcja zdalnego sterowania poprzez aplikację Android lub IOS
- Kontrola i zapis pomiaru jakości powietrza (min. co godzinę)
- Wskaźnik jakości powietrza
- Wskaźnik stopnia zużycia filtra
- Funkcja cichego trybu nocnego
- Blokada wyświetlacza poprzez kod PIN
- Możliwość zaprogramowania harmonogramu pracy urządzenia

3. Dozownik do dezynfekcji wolnostojący (Zestaw):

- dozownik bezdotykowy wyposażony w dwa czujniki podczerwieni, zapewniający precyzyjną dystrybucję, niezawodny, elastyczny i mobilny, możliwość regulowania ilości dystrybuowanego produktu, dozownik działa przez ponad rok użytkowania przy użyciu tylko 4 baterii, wymiary: dł. 140mmx gł. 100mmx wys. 275 mm, źródło zasilania: (4) baterie typu D pojemność: butelka 1L
- wspornik o regulowanej wysokości, wysokość stojaka można regulować w zakresie 1310-1700mm, dzięki czemu jest on odpowiedni dla dzieci i dorosłych, wymiary: dł. 350x gł. 350x wys. 1300-1700mm, waga: 5,7 kg (bez opakowania)

4. Dozownik do dezynfekcji wiszący łokciowy

- Uniwersalny dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk o następujących właściwościach. Dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni, plastikowy bez elementów metalowych i transparentnych (np. przezroczyste szybki itp.). Dostosowany do pojemników o poj. 500ml., możliwość zdejmowania dozownika ze ściany bez odkręcania śrub, w celu dezynfekcji wszystkich elementów dozownika. (wyjmowana pompka dozująca), regulowana ilość dozowanego preparatu (0,5; 1 lub 1,5 ml.). Kolor dozownika - biały. Wymienne ramię dozownika. Możliwość zamontowania tacki zabezpieczającej przed kapaniem. Możliwość zdemontowania pompki dozującej preparat oraz wymiany na nową.

5. Lampa bakteriobójcza i wirusobójcza

przepływowa

- Lampa bakteriobójcza i wirusobójcza UVC
- Gwarancja stałego i wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza z wirusów, bakterii, pleśni, grzybów i wszelkich innych mikroorganizmów
- Statywowa/jezdna, stabilna
- Trwała obudowa, odporna na środki dezynfekcyjne
- Napięcie zasilania: 230V, 50Hz
- Lampę można stosować podczas obecności pacjentów i personelu w pomieszczeniu
- Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

- Zgodność z PN-EN 60601-1
- Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I
- Licznik czasu pracy promienników
- Alarm oznaczający konieczność wymiany promienników
- Czujnik awarii promienników
- Trwałość promienników (h): 8000
- Wydajność wentylatora: 132 m³/h
- Dezynfekowana kubatura: 25-50 m³
- Głośność wentylatora: 48 dB

6. Mobilna komora dekontaminacyjna

- Bramka dezynfekcyjna do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Wymiary bramki 2300mm wysokość x 1300mm szerokość x 300mm głębokość (możliwość modyfikowania wymiarów)
- Główny korpus aluminiowy
- Komunikaty głosowe
- Wbudowane czujniki ruchu
- Czas procedury jest programowany według indywidualnych potrzeb
- Dezynfekcja poprzez zamgławianie suchą mgłą
- Środek dezynfekcyjny - ditlenek chloru
- Zasilanie 230V
- Autodezynfekcja po każdym cyklu
- Mobilna, wypinana szafka na środek dezynfekcyjny
- 10 dyszy

7. Myjka ultradźwiękowa

- wymiary wew. wanny (dł. x szer. x głęb.): 500 x 135 x 100 mm
- wymiary zew. (dł. x szer. x wys.): 530 x 165 x 230 mm
- pojemność: 6 l
- moc ultradźwiękowa (max/okres): 2 x 320 W
- częstotliwość: 40 kHz
- moc układu grzania: 300 W
- regulator temperatury: 30-80°C
- układ czasowy : 0-30 min.
- zawór spustowy : 3/8 cala
- waga: 6,7 kg
- Myjka standardowo wyposażona jest w pokrywę

8. Maszyna czyszcząca z fotelem dla operatora do dużych powierzchni

- Samojezdne urządzenie czyszczące do mycia podłóg na dużych powierzchniach w biurach, przychodniach, hotelach
- Urządzenie czyszczące posiada 2 zbiorniki o pojemności 80 litrów każdy - na brudną i czystą wodę
- Szerokość szczotki lub uchwytu padów czyszczących 40 cm
- Urządzenie do mycia podłóg zasilane dwiema bateriami (czas pracy na akumulatorach 2 godzin +/- 10 %)
- wydajność teoretyczna 3000m²/h
- rozmiar pada 14"
- szerokość robocza 72cm

Dane techniczne:

- Silnik szczotki - 600W
- Silnik ssawy - 400W
- Silnik trakcji – 400W
- Napięcie - 24V 120Ah
- Szerokość szczotki - 2x370mm
- Obroty szczotki - 150rpm
- Pojemność zbiornika - 2x80L

- Waga - 280kg
- Wymiary - 800x1460x1160mm
- baterie żelowe 120Ahr
- wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym

Wyposażenie:

- ssawa zbierająca
- szczotki czyszczące 2x370mm

Polerka do polerowania podłóg o prędkości obrotowej 1500 obr./min, szerokość pracy 16".

Dane techniczne:

- Silnik - 1500W
- Szerokość uchwytu - 400mm
- Napięcie - 230V
- Obroty - 1500obr/min
- Typ układu ssącego - NDT130
- Długość kabla - 16m
- Waga - 32kg
- Wymiary - 1250x660x460mm

9. Środek do dezynfekcji - nadtlenek wodoru 7%

- Środek przeznaczony do dekontaminacji pomieszczeń przy pomocy urządzenia do fumigacji, skuteczny na wirusy i bakterie
- Pojemność – 1000 ml lub 5000 ml
- Substancja aktywna : nadtlenek wodoru 7%
- Środek gotowy do użycia
- Środek zalecany do stosowania wraz z urządzeniami do fumigacji Hyspray oraz typu Nocospray, Autoamte, Sanivir
- podać cenę za 1 l.

10. Sterylizator parowy przelotowy

- pojemność komory 1 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285, wymiary komory min (320mm (w) x 320mm (sz) x 700mm (g))+/-5%, pojemność komory min 70 L
- Wymiary całkowite max (1700mm (w) x 770mm (sz) x 920mm (g))
- Waga max 260 kg
- komora prostopadłościenna, przekrój komory kwadratowy
- uszczelka wykonana z silikonu przystosowana do wysokich temperatur
- kanał uszczelki wykonany w sposób nie przeważający światła
- komora polerowana o chropowatość nie gorsza niż Ra <0,8µm
- ściany komory o grubości nie mniejszej niż 5 mm
- zewnętrzne panele wykonane ze stali AISI 304
- pełny płaszcz wykonany ze stali AISI 316L
- zasilanie elektryczne 400V, 3P+N+PE, 50Hz, Moc całkowita max 14 kW
- główne orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej
- generator pary wykonany ze stali nierdzewnej AIS 316L zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE
- konstrukcja komory wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L
- wbudowana w sterylizator wytwornica pary o mocy max 14 kW z grzałkami wykonanymi z INCOLOY co zapewnia ciągłość pary i pewność poprawnej sterylizacji
- wlot pary do komory poprzez dwa punkty w komorze umieszczone po przeciwnych stronach
- komora i płaszcz odizolowany wełną mineralną pokrytej aluminium, maksymalna temperatura obudowy nie przekracza 45C w temperaturze powietrza 23
- automatyczne drzwi przesuwana w płaszczyźnie pionowej, napędzane pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi gdy natrąfią na opór
- drzwi uszczelnione przy pomocy uszczelki dociskanej parą, płaskie od wnętrza komory
- możliwość ponownego otwarcia drzwi komory po stronie rozładowniczej pod warunkiem, że drzwi po stronie załadowniczej są zamknięte
- wbudowana pułapka pary w celu zapobiegania powstawania kondensatu w komorze
- dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 5,7 cali

- wyświetlane informacje takie jak: Temperatura, ciśnienie, program, czas cyklu, graficzny wykres temperatury i ciśnienia w czasie rzeczywistym
- ekran dotykowy LCD kolorowy umieszczony po prawej lub lewej stronie, nie dopuszcza się ekranu nad komorą
- komunikaty oraz menu w języku polskim
- możliwość podłączenia się do zewnętrznego systemu komputerowego
- informacje tekstowe o ewentualnych błędach na ekranie w czasie rzeczywistym
- zawory procesowe sterowane pneumatycznie, pracują w obwodzie pary i kondensatu i są kontrolowane przez mikroprocesor
- automatyczny system regulacji poziomu wody poprzez czujnik
- czujniki ciśnienia zastosowane w komorze i płaszczu posiadają zakres 1-3 barów (0 Kpa do 400 Kpa)
- czujniki temperatury - typ platynowy rezystancyjny zgodnie z klasą A wg normy EN 60751
- pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego
- sterylizator jest w pełni sterowany przez PLC (Programowalny Kontroler Logiczny), zgodnie z programem wybranym przez użytkownika.
- dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą wskutek awarii zasilania
- sterylizator pracuje w 2 określonych temperaturach sterylizacji 121 st C i 134 st C z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej
- sterylizator posiada min 5 standardowych walidowanych programów i min 2 programy testowe (Bowie i Dick, test szczelności)
- tworzenie do 100 nowych programów sterylizacji, całkowicie konfigurowalnych
- wybór co najmniej 7 programów: narzędzia, tekstylia, guma, szybkie tekstylia, kontenery, priony, bowie & dick, test szczelności
- możliwość dokonania zmiany programów oraz parametrów sterylizacji w zależności od przyznanych uprawnień - 3 stopniowy system zabezpieczony kodem cyfrowym
- sterylizator wyposażony w dodatkowy program FLASH 134 C (szybki)
- trzy opcje suszenia: próżnią, próżnią + powietrze, próżnią + para.
- tworzenie pary niezależne od kontrolera PLC poprzez elektryczne grzałki wykonane z Incoloy
- zbiornik wody do recyrkulacji wody z pompy próżniowej w celu zmniejszenia jej zużycia
- zgodność z dyrektywą 93/42/EEC, budowa, konstrukcja i wykonanie zgodna z normą PN EN 285 konstrukcja umożliwiająca wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych
- filtr antybakteryjny - wlot powietrza do wyrównania ciśnień odbywa się przez filtr, który zatrzymuje mikroorganizmy, bakterie, cząsteczki, itp. (skuteczność zatrzymywania wynosi $\geq 99,995\%$ dla cząstek powyżej 0,3 μm).
- sterylizator wyposażony w 3 wakuometry umieszczone z przodu sterylizatora pokazujące ciśnienie w komorze, płaszczu i wytwnicy.

Wypożyczenie dodatkowe:

- Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych Ilość – 1 szt.
- Wózek załadowniczy/wyładowczy - 2 szt.
- Kosze 1 STU- 2szt.

11. Zamgławiacz

- Urządzenie do dezynfekcji powierzchni i powietrza
- Zasilanie elektryczne 230 V
- Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości od 5m³ do 165m³
- Ustawienie powierzchni dezynfekcji za pomocą przycisków membranowych, bez pokręteł i suwaków
- Wyświetlacz LED
- Waga maksymalnie 4kg
- Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego
- Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów
- Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s
- Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie.

- Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
- Deklaracja zgodności CE zgodna z dyrektywą 93/42/EEC na środek dezynfekcyjny
- Kompatybilny ze środkiem nadtlenek wodoru 7% bez dodatku srebra
- W zestawie z urządzeniem dostarczyć 1L kompatybilnego środka 7% bez dodatku srebra (posiadającego autoryzację producenta do stosowania wraz z zaoferowanym urządzeniem)